



Камітэт па ахове здароўя
Мінгарвыканкама

Установа аховы здароўя
«3-я гарадская клінічная
бальніца імя Я. У. Клумава»

вул. Леніна, д. 30, 220030, г. Мінск
тэл. 8 (017) 327-12-16, факс 327-21-02
3gkb@rambler.ru

р/р № BY69BLBB36040100802746001001
у ЦБП № 527
ААТ «Белінвестбанк» г. Мінска
код BLBBVY2X
АКПА 37600031 УНП 100802746
вул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н

04.02.2020 № 36-16/385
На № _____ ад _____

Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения
«3-я городская клиническая
больница имени Е. В. Клумова»

ул. Ленина, д. 30, 220030, г. Минск
тел. 8 (017) 327-12-16, факс 327-21-02
3gkb@rambler.ru

р/с № BY69BLBB36040100802746001001
в ЦБУ № 527
ОАО «Белинвестбанк» г. Минска
код BLBBVY2X
ОКПО 37600031 УНП 100802746
ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н

ООО «Доктор Клаус»

ОТЗЫВ О ПРИМЕНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: раствора офтальмологического:

Раствор для ухода за контактными линзами RELINS[®], производства ООО
«Доктор Клаус», Республика Беларусь

Учреждение здравоохранения «3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова» проводила клинические испытания Раствора для ухода за контактными линзами RELINS[®] (далее – раствор RELINS[®]), производства ООО «Доктор Клаус», Республика Беларусь. Для проведения клинических испытаний была набрана группа пациентов в возрасте от 18 до 65 лет обоого пола с опытом коррекции зрения с помощью мягких контактных линз. Исследование было выполнено по протоколу простого открытого неконтролируемого нерандомизированного, параллельного испытания. Контрольная группа применяла изделие медицинского назначения в течение 14 дней, а также проходила обследования перед применением раствора RELINS[®], а также через 7 и 14 дней после его использования для ухода за мягкими контактными линзами. Согласно результатам анкетирования, полученного по субъективным оценкам пациентов, раствор RELINS[®] получил наивысшие баллы по показателям:

1. оценка удобства применения - было отмечено отсутствие дискомфорта при ношении линз после применения раствора RELINS[®];
2. оценка увлажняющего эффекта - было отмечено комфортное ношение линз после использования раствора RELINS[®], отсутствие ощущения сухости в глазах

По результатам проведения клинических испытаний раствора RELINS[®] мною, врачом-офтальмологом высшей категории заведующей городского офтальмологического консультативно-диагностического центра Татур Ольгой Николаевной, была дана положительная оценка эффективности и безопасности

применения раствора RELINS® в области заявленных характеристик; раствор RELINS® рекомендован к широкому применению в офтальмологической практике.

Отмечаю высокую эффективность использования раствора RELINS® с сохранением физических и оптических свойств, мягкости и эластичности контактных линз после его применения; хорошие дезинфицирующие и очищающие свойства; отсутствие ощущения сухости в глазах при ношении контактных линз. Жалоб от пациентов, а также аллергических реакций не наблюдалось.

Таким образом, раствора RELINS® - эффективное и безопасное изделие для ухода за мягкими контактными линзами всех видов, включая силикон-гидрогелиевые.

Главный врач



Н.И.Саевич

Врач-офтальмолог высшей категории
заведующая городского офтальмологического
консультативно-диагностического центра

О.Н.Татур